Nr	Controlepunten / checklisten Lopital OHC 16-07-2019	01. Tillift Passief	02. Tillift Actief	03. Plafond lift	04. Stoel hydr H/L	05. Stoel elek H/L	06. Stoel vaste hgt	07. Brancard / Aankleed tafel	08. Bad H/L	09. Badlift	10. Bedpan spoeler	11. Waterdruk Zwembad lift	12. Koppe-ling	13. Rotonde
1	Visuele controle	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
2	Sticker aanwezig met art.nr/serie nr.	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
3	Functies op display								V		V			
4	Handvatten/duwbeugels	V	V		V	V	V	V	V	V		V		
5	Status beschermkappen	V	V	V	V	V		V	V	V		V		
6	Wielen/remmen *(indien van toepassing)*	V	V		V	V	V	V		V		V		
7	Voetplaat/beensteun/kniesteun/hoofdsteun/rugsteun		V		V	V	V			V		V		
8	Bevestiging & staat van zit/rug/geleider/emmer				V	V	V			V				
9	Frame en bevestigingspunten				V	V	V	V		V				
10	Scharnierpunten/mast/poten/arm/etc.	V	V		V	V		V		V		V		
11	Hoofdhefbomen/trekstang				V	V		V						
12	Bevestiging mast aan onderstel	V	V							V		V		
13	Pootverstelling	V	V							V				
14	Veiligheidsriem *(indien van toepassing)*		V		V	V	V							
15	Rugkap					V								
16	Armsteunen/voorsluiting/armleggers *(indien van toepassing)*	V	V		V	V	V			V				
17	Indien hydr: Pomp/bevestiging/vouwbalg/pedalen				V			V				V		
18	Actuators/hydraulica (hoog-laag en/of kantel beweging)	V	V		V	V		V	V	V		V		
19	Indien elek: Accu's controleren (Ampère: invullen)	V	V	V		V		V	V	V				
20	Hand/voet bediening elek/hydr.	V	V	V		V		V	V	V		V		
21	Indien elek: Elektrische besturing/controlbox	V	V	V		V		V	V	V				
22	Indien elek: Bedrading/oplaadsnoeren/oplader	V	V	V		V		V	V	V	V			
23	Aardverbinding <1 Ω								V					
24	Eindschakelaar	V	V	V					V	V				
25	Indien elek: Emerg.lowering/Nooddaal funct *(indien v toepas.)*	V	V	V		V		V		V				
26	Indien elek: Daalbeveiliging/Afklembeveiliging	V	V			V		V						
27	Indien elek: Noodstop functie	V	V	V		V		V	V	V	V			
28	Geleiderollen/loopwagens/stootrollen			V	V	V		V	V					
29	Bevestigingspunten rail en eindstop			V										
30	Bevestigingspunten tiljuk aan lift	V	V	V										
31	Tiljuk/clips	V	V	V										
32	Hijsband/spindel/hijsbandgeleiding	V		V										
33	Load test bij volle accu's (kg: invullen)	V	V	V						V		V		
34	Bevestiging stoel/stretcher aan lift/onderstel									V		V		
35	Manchetten/geleideband											V		
36	Trekontlasting aan lift	V	V	V										
37	Zijhekken en vergrendeling							V						
38	Afvoer/afvoerslang							V	V		V	V		
39	Matras / kussen							V						
40	Bovenblad (kunststof)							V						
41	Kraan/vullen & ledigen/niveau melder								V		V			
42	Desinfectie-unit *(indien van toepassing)*								V		V			
43	Werking thermostaat & voeler								V		V			
44	Temperatuur controleren (Validatie: invullen)								V		V			
45	Whirlpool/spa/nozzels/kapjes *(indien van toepassing)*								V					
46	Sproeikop										V			
47	Handdouche, desinfectie & slangen								V					
48	Magneetkleppen/ventielen								V		V	V		
49	Stopkranen/filters								V		V	V		
50	Werking legionella unit *(indien van toepassing)*								V					
51	Werking deur/pedaal *(indien van toepassing)*								V		V			
52	Afdichtrubbers deur *(indien van toepassing)*								V		V			
53	Slangen/slangklemmen/slangkoppelingen								V		V	V		
54	Rotor pomp										V			
55	Stoomgenerator										V			
56	Doseerpomp/slangen										V			
57	Verwarmingselement weerstand										V			
58	Element 1 (380V/220V weerstand: invullen)										V			
59	Element 2 (380V/220V weerstand: invullen)										V			
60	Element 3 (380V/220V weerstand: invullen)										V			
61	TAAxt 1 (Stroom-urenverbr.Ampère: invullen) *(indien v toepas)*	V												
62	Parameters uitlezen/resetten *(indien van toepassing)*	V												
63	Sticker aanwezig op rail "max.load 200kg/230kg/250kg/400kg"			V										
64	NEN 3140 Visuele inspectie	V	V	V		V		V		V	V			
65	NEN 3140 Visuele inspectie *(indien niet vast aangesloten)*								V					
66	NEN 3140 Beschermingsleiding Klasse I <0,3 Ω										V			
67	NEN 3140 Beschermingsleiding Klasse I <0,3 Ω *(indien niet vast aangesloten)*								V					
68	NEN 3140 Isolatie Klasse II >2 MΩ	V	V	V		V		V		V				
69	NEN 3140 Lekstroom Klasse I <1 mA										V			
70	NEN 3140 Lekstroom Klasse I <1 mA *(indien niet vast aangesloten)*								V					
71	NEN 3140 Functietest vermogen	V	V	V		V		V		V				
72	NEN 3140 Sticker volgende inspectiedatum	V	V	V		V		V	V	V	V			
73	Sticker volgende inspectie-/onderhoudsdatum	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
74	Sticker aanwezig desinfectie Kiwa *(indien van toepassing)*								V		V			
75	Smeren / Oliën / Vetten												V	V
76	Controle op bevestiging / bouten / moeren												V	V
77	Controle functiewerking en algehele afstelling												V	V
78	Controle afstand tussen Rails en Koppeling												V	
79	Controle afstand tussen Rails en Rotonde													V
80	Controle werking draaiaanslag Rotonde op 90/180 graden													V