Nr	Controlepunten / checklisten Lopital OHC *(versie 03-04-2020)*	01. Tillift Passief	02. Tillift Actief	03. Plafond lift	04. Stoel hydr H/L	05. Stoel elek H/L	06. Brancard / Aankleed tafel	07. Bad H/L	08. Badlift	09. Koppe-ling	10. Rotonde
1	Visuele controle	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
2	Sticker aanwezig met art.nr/serie nr.	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
3	Functies op display							V			
4	Handvatten/duwbeugels	V	V		V	V	V	V	V		
5	Status beschermkappen	V	V	V	V	V	V	V	V		
6	Wielen/remmen *(indien van toepassing)*	V	V		V	V	V		V		
7	Voetplaat/beensteun/kniesteun/hoofdsteun/rugsteun		V		V	V			V		
8	Bevestiging & staat van zit/rug/geleider/emmer				V	V			V		
9	Frame en bevestigingspunten				V	V	V		V		
10	Scharnierpunten/mast/poten/arm/etc.	V	V		V	V	V		V		
11	Hoofdhefbomen/trekstang				V	V	V				
12	Bevestiging mast aan onderstel	V	V						V		
13	Pootverstelling	V	V						V		
14	Veiligheidsriem *(indien van toepassing)*		V		V	V					
15	Rugkap					V					
16	Armsteunen/voorsluiting/armleggers *(indien van toepassing)*	V	V		V	V			V		
17	Indien hydr: Pomp/bevestiging/vouwbalg/pedalen				V		V				
18	Actuators/hydraulica (hoog-laag en/of kantel beweging)	V	V		V	V	V	V	V		
19	Indien elek: Accu's controleren (Ampère: invullen)	V	V	V		V	V	V	V		
20	Hand/voet bediening elek/hydr.	V	V	V		V	V	V	V		
21	Indien elek: Elektrische besturing/controlbox	V	V	V		V	V	V	V		
22	Indien elek: Bedrading/oplaadsnoeren/oplader	V	V	V		V	V	V	V		
23	Aardverbinding <1 Ω							V			
24	Eindschakelaar	V	V	V				V	V		
25	Indien elek: Emerg.lowering/Nooddaal funct *(indien v toepas.)*	V	V	V		V	V		V		
26	Indien elek: Daalbeveiliging/Afklembeveiliging	V	V			V	V				
27	Indien elek: Noodstop functie	V	V	V		V	V	V	V		
28	Geleiderollen/loopwagens/stootrollen			V	V	V	V	V			
29	Bevestigingspunten rail en eindstop			V							
30	Bevestigingspunten tiljuk aan lift	V	V	V							
31	Tiljuk/clips	V	V	V							
32	Hijsband/spindel/hijsbandgeleiding	V		V							
33	Load test bij volle accu's (kg: invullen)	V	V	V					V		
34	Bevestiging stoel/stretcher aan lift/onderstel								V		
35	Trekontlasting aan lift	V	V	V							
36	Zijhekken en vergrendeling						V				
37	Afvoer/afvoerslang						V	V			
38	Matras / kussen						V				
39	Bovenblad (kunststof)						V				
40	Kraan/vullen & ledigen/niveau melder							V			
41	Desinfectie-unit *(indien van toepassing)*							V			
42	Werking thermostaat & voeler							V			
43	Temperatuur controleren (Validatie: invullen)							V			
44	Whirlpool/spa/nozzels/kapjes *(indien van toepassing)*							V			
45	Handdouche, desinfectie & slangen							V			
46	Magneetkleppen/ventielen							V			
47	Stopkranen/filters							V			
48	Werking legionella unit *(indien van toepassing)*							V			
49	Werking deur/pedaal *(indien van toepassing)*							V			
50	Afdichtrubbers deur *(indien van toepassing)*							V			
51	Slangen/slangklemmen/slangkoppelingen							V			
52	TAAxt 1 (Stroom-urenverbr.Ampère: invullen) *(indien v toepas)*	V									
53	Parameters uitlezen/resetten *(indien van toepassing)*	V									
54	Sticker aanwezig op rail "max.load 200kg/230kg/250kg/400kg"			V							
55	NEN 3140 Visuele inspectie	V	V	V		V	V		V		
56	NEN 3140 Visuele inspectie *(indien niet vast aangesloten)*							V			
57	NEN 3140 Beschermingsleiding Klasse I <0,3 Ω										
58	NEN 3140 Beschermingsleiding Klasse I <0,3 Ω *(indien niet vast aangesloten)*							V			
59	NEN 3140 Isolatie Klasse II >2 MΩ	V	V	V		V	V		V		
60	NEN 3140 Lekstroom Klasse I <1 mA *(indien niet vast aangesloten)*							V			
61	NEN 3140 Functietest vermogen	V	V	V		V	V		V		
62	NEN 3140 Sticker volgende inspectiedatum	V	V	V		V	V	V	V		
63	Sticker volgende inspectie-/onderhoudsdatum	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
64	Sticker aanwezig desinfectie Kiwa *(indien van toepassing)*							V			
65	Smeren / Oliën / Vetten									V	V
66	Controle op bevestiging / bouten / moeren									V	V
67	Controle functiewerking en algehele afstelling									V	V
68	Controle afstand tussen Rails en Koppeling									V	
69	Controle afstand tussen Rails en Rotonde										V
70	Controle werking draaiaanslag Rotonde op 90/180 graden										V